

合浦县人民医院
病理科购置设备配置需求

序号	设备名称	配置需求
1	全自动免疫组化染色机	全自动，一次可以染 30 张片以上
2	全自动常规组织染色机	全自动，触摸屏操作，可单独或多程序运转，除常规染色外，还可以术中冰冻染色
3	病理取材台	<ol style="list-style-type: none"> 1. 一体成型全优质不锈钢结构 2. 配备进口粉碎机 3. 配备紫外线消毒灭菌灯 4. 配备冷热水系统 5. 配备电动取材刀 6. 配备高清大体标本摄像仪（市场主流 1800 万像素以上）、显示屏 7. 配备带刻度尺的塑料取材板 8. 配备组织观察射灯、放大镜 9. 配备有烘手器
4	半自动组织切片机	半自动，切片厚薄度要达到 0.5 μ
5	荧光原位杂交分析系统	<ol style="list-style-type: none"> 1. 配备研究级正置荧光显微镜，4X、10X、20X、40X、100X 倍万能平场半复消色差物镜 2. 配备高清荧光数码摄像头及接口 3. 配备电脑及荧光原位杂交 FISH 软件 4. 配备电热恒温培养箱 5. 配置普通高速离心机 6. 配置掌上离心机 7. 配置恒温金属浴锅 8. 配置医用冷藏冷冻箱 9. 配置-10℃~-25℃低温冰箱 10. 配置移动紫外线车 11. 配置涡旋振荡器 12. 配置微量移液器 13. 配置生物安全柜 14. 配置电泳仪 15. 配置样品冷冻研磨仪
6	原位杂交仪	<ol style="list-style-type: none"> 1. 全触摸屏操作 2. 可多程序设置，同时处理 12 片载

		玻片及以上
7	病理级显微镜	<p>病理级，万能平场半复消色差物镜，配备 2X、4X、10X、20X、40X 倍。</p> <p>2. 配备高清（市场主流 2000 万像素或以上）图像采集摄像头及接口</p> <p>3. 配备电脑及摄像头相应的图像采集软件</p>
8	五人共览显微镜	<p>1. 同时五人共览，病理级，配备 2X、4X、10X、20X、40X 倍万能平场半复消色差物镜。</p> <p>2. 配备高清（市场主流 2000 万像素或以上）图像采集摄像头及接口</p> <p>3. 配备电脑及摄像头相应的图像采集软件</p>